



ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESTIMATIVA DE DESPESA

Processo nº 020/2025 - Dispensa nº 005/2025

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	01 GERADOR DE OZÔNIO MODELO SMART + 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS - 01 GERADOR DE OZÔNIO MODELO SMART • Tela de comandos sensível ao toque "touch screen": • Dimensões Equipamento: 30 cm (Largura), 23 cm (Altura), 16 cm (Profundidade); • Peso do Equipamento Aproximado: 3,8 kg; • Concentração de ozônio com indicador digital de 2 a 70mcg; • Fluxo único de oxigênio em ¼ = 0,25 L/min; • Produção de ozônio por descarga Elétrica por dupla Barreira Dielétrica, o qual evita contato metálico do gás em sua formação; • Reator fabricado em vidro de quartzo; • 02 Conectores de saída O3 em aço inoxidável; • Regulador de Pressão de Oxigênio Adaptável no Cilindro de Oxigênio; • Mangueira de oxigênio com engate fácil; • Coletor de gás em modo contínuo ou pulsado; • Tempo de aplicação programável para aplicação contínua; • Sucção a vácuo com fluxo de 3,5 a 4 L/min; • Filtro catalizador de ozônio interno; • Tensão de Alimentação: 110 V e 220 V - Bivolt Automático; • Frequência da Rede Elétrica: 60 Hz; • Potência Máxima: 80 watts; • Estrutura em Plástico conformado; • Refrigerado por ar forçado. 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS • Capacidade aproximadamente de 420L de Oxigênio • Cilindro de Alumínio	LOTE	1		



Prefeitura Municipal de Carvalhos

ESTADO DE MINAS GERAIS



O valor total para contratação do objeto é de R\$ 7.213,00.